

Pertemuan 2



Berdasarkan wacana tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini!

- 1 Perhatikanlah tabel diameter pada wacana. Jelaskan arti standar deviasi jangka sorong (0,0447mm) dan mikrometer sekrup (0,0084mm) bagi konsistensi hasil pengukuran masing-masing alat. Nyatakan alat mana yang aku mulai di konsisten berdasarkan kedua nilai tersebut! (**Interpretation – C4**)

- 2 Periksalah data diameter pada tabel dan rentang massa jenis pada wacana. Analisislah hubungan antara sebaran data diameter dengan rentang massa jenis yang dihasilkan oleh masing-masing alat.

(**Analysis – C4**)

